

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021**

**Processo Administrativo Nº 2021-SAN-066860**

### **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Contratação de Empresa especializada em ANÁLISE DE ÁGUA (Bruta e Tratada), sendo 06 água bruta e 08 água tratada no total para as ETA's São Roque, Araongas e Limoeiro e Poços da Paciência, Campeche, Brilhante e Vila da Paz dentro do que determina o Art. 15 da Resolução CONAMA 357 e art. 43 Portaria 888/2021 ANEXO XX do Ministério da Saúde, no período de 01 ano.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 11 de agosto de 2021, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 23, *caput*, do Decreto 10.024/2019. Assim, esclarece-se o que segue:

#### **QUESTIONAMENTOS:**

- 1) Nas páginas 31 e 33 do edital é informado a amostragem com frequência semanal para o item 1 e que os relatórios seriam apresentados mensalmente. Nos relatórios mensais é necessário compilar os dados de forma conclusiva/comparativa aos resultados?
- 2) O LD dos ensaios precisa ser reportado necessariamente no relatório de ensaio ou é possível a elaboração de um documento à parte com esta informação?
- 3) Nas páginas 46 e 47 os itens estão invertidos?

#### **RESPOSTA:**

- 1) Conclusiva.
- 2) Deve ser no relatório de ensaio.
- 3) Não.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA  
SANEAMENTO BÁSICO  
E INFRAESTRUTURA

2

Rua Heitor Liberato • 1189 • Vila Operária  
88303-101 • Itajaí • Santa Catarina  
Fone: 0800 645 0195 • 47 3344-9000  
www.semasaitajai.com.br

Disponibilize na *internet* para conhecimentos dos interessados.

Itajaí (SC), 12 de agosto de 2021.

**Luana Vicente dos Santos Furlani**  
Pregoeira  
(Portaria n° 089/2020)

**José Adriano Kielling**  
Engenheiro Químico



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**