

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

Processo Administrativo Nº 2025-ETE-095255

### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Trata-se de resposta ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) apresentado(s) quanto à interpretação do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025** do SEMASA de Itajaí (SC), que tem como objeto a **Aquisição de equipamentos diversos para execução de análises laboratoriais nos laboratórios das Estações de Tratamento de Água e de Tratamento de Esgoto do Semasa, em Itajaí/SC.**

Referido pedido foi encaminhado via correspondência eletrônica em 14 de abril de 2025, sendo tempestivo, já que cumpriu o prazo exigido pelo artigo 164, da Lei 14.133/21. Deste modo, esclarece-se:

#### QUESTIONAMENTOS:

1. Gostaria de tirar uma dúvida referente ao EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025. Item: Lote 1 - Incubadora para a realização de análise de DBO, de baixa temperatura, com controlador micro processado de display gráfico LCD ou LED. Dúvida: **A função DBO ela tem que esta atrelada ao equipamento e/ou esse processo DBO é realizado em outro momento/ processo?**

**RESPOSTA:** Em resposta ao questionamento, apresentamos os seguintes esclarecimentos: No item 3.2, Lote 01, do TR está especificado:

*"Incubadora para a realização de análise de DBO, de baixa temperatura, com controlador micro processado de display gráfico LCD ou LED.*

*Dimensões e particularidades:*

*Deve comportar 2 (dois) equipamentos de DBO Trak II, marca HACH, de 37 cm de altura, um em cada prateleira, portanto deve possuir 2 (duas) prateleiras aramadas em aço inox 304. Medidas internas mínimas de cada prateleira: 40 cm (prof.) x 40 cm (larg.) x 40 cm (alt.);..."*

Portanto, o equipamento analisador de DBO é o modelo DBO Trak II, atualmente em uso pelo SEMASA.

Itajaí (SC), 15 de abril de 2025.

**Rosmeire Coelho Pontes**  
Agente de Contratação

**José Elias Ferreira**  
Agente de Contratação

**Gabriel Ramos Silva**  
Gerente de Esgoto

**Adriana Helena Ramos dos Santos**  
Engenheira Sanitarista